

# 绍兴市中心医院医共体总院无创呼吸机和 PICC 置管超声仪 采购项目的更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：/

原公告的采购项目名称：绍兴市中心医院医共体总院无创呼吸机和 PICC 置管超声仪采购项目

首次公告日期：2026 年 4 月 17 日

## 二、更正信息

更正事项：采购文件

标项一更正内容：（具体参数详见附件）

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	招标项目范围及要求-6.8	配备录屏、截屏保存功能。	删除
2	招标项目范围及要求-6.17	IPAP: 3-50 cmH <sub>2</sub> O; EPAP: 3-30 cmH <sub>2</sub> O（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）	IPAP:4-50cmH <sub>2</sub> O（提供相关证明材料）；EPAP:4-25cmH <sub>2</sub> O（提供相关证明材料）；
3	招标项目范围及要求-6.23	压力上升时间≥7档可调	压力上升时间≥5档可调
4	提交投标文件截止时间、标书递交截止时间、开标时间	2026 年 4 月 29 日 09: 30	2026 年 5 月 6 日 09: 30

更正日期：2026 年 4 月 28 日

### 三、其他补充事宜

其余按原采购文件执行

### 四、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

#### 1.采购人信息

名称：绍兴市中心医院医共体总院

地址：柯桥区华宇路1号

传真：/

项目联系人（询问）：王辉凤

项目联系方式（询问）：0575-05580060

质疑联系人：毛秋芳

质疑联系方式：0575-84569596

#### 2.采购代理机构信息

名称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地址：浙江省金华市义乌市北苑街道雪峰西路968号科创科技大楼B区

6-3

传真：

项目联系人（询问）：金晨颖

项目联系方式（询问）：13282923158

#### 3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市中心医院医共体总院监察室

监督投诉电话：0575-84569596

附件：

标项 1：无创呼吸机

1	设备名称	无创呼吸机	
2	采购数量	1 台	
3	预算价（万元）	16	
4	设备用途说明	用于阻塞性睡眠呼吸暂停和慢阻肺（ COPD ）患者的无创通气治疗。	
5	货物主要配置	详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等	
	5.1	设备主机 1 台	
	5.2	内部电池 1 块	
	5.3	呼吸管路 1 套	
	5.4	湿化器 1 台	
	5.5	高压氧气连接管 1 根	
6	技术参数及功能要求	实质性指标用“★”表示，重要指标用“▲”表示。	符合情况
	6.1	具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式（PCV）；容量保证压力支持模式（VAPS）；容量保证时间控制模式（VG-T）；压力调节容量控制模式（PRVC）。	
	6.2	具备氧浓度调节功能，机器内置控氧模块，无需外接空氧混合阀或流量计。机器可自动精确控制氧浓度，保持氧浓度的稳定。氧浓度设置范围值：21%-100%，调节精度为 1%	
	6.3	具有压力释放、延时升压、雾化功能	
	6.4	具有同步技术，可自动也可手动调节触发灵敏度，手动调节≥6 档。	
	6.5	可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能	
	6.6	可选 SpO2 和呼末二氧化碳监测	
	6.7	配备面罩选型功能	
	6.8	潮气量：50ml—2000ml	
	6.9	具备自动漏气补偿功能。	
	6.10	具备自动灵敏度技术。	
	6.11	触发、撤换灵敏度≥7 档可调。	
	6.12	具备触发窗锁定功能，可选择“关闭”或“0.3-1.5S”。（提供彩页佐证。）	

6.13	具备吸气时间窗设置功能，自主呼吸最长吸气时间 (T <sub>imax</sub> ) 0.2~4.0 秒，自主呼吸最短吸气时间 0.2S~ T <sub>imax</sub> 。
6.14	外接测压软管，可采集面罩端压力。
6.15	配备后备电池，后备电池工作时长≥8 小时。
6.16	IPAP:4-50cmH <sub>2</sub> O (提供相关证明材料)
6.17	EPAP:4-25cmH <sub>2</sub> O (提供相关证明材料)
▲6.18	吸气时间设置范围：0.2 秒~5.0 秒。
6.19	后备呼吸频率设置范围：1BPM~60BPM。
6.20	爬坡时间设置范围：0-60 分钟可调。
6.21	爬坡压力设置范围：CPAP 模式下：4cmH <sub>2</sub> O -CPAP，其他模式下：4cmH <sub>2</sub> O~30cmH <sub>2</sub> O。
6.22	具备压力释放技术，舒适度 3 档可调。
6.23	压力上升时间≥5 档可调
6.24	压力释放：OFF，0-3 档可调
6.25	同品牌独立湿化器，彩色大屏， 温度≥7 档可调，流量范围 10L/min-120L/min。
6.26	采用遮挡进气口设计，更换 H13 级过滤棉避免交叉感染。
6.27	一键旋钮、触屏操纵。